

DIEHL Metering	EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC DECLARATION OF CONFORMITY	MOM
--------------------------	--	------------

Dokument-Nr. QWI VL MF02-MDI
 Document-No.

MOM Wasserzählertechnik GAG.
 H-4700 Mátészalka, Ipari u.16
 UNGARN

Wir erklären hiermit, dass das Produkt
We hereby declare that the product

Mehrstrahl-Trockenläufer-Flügelradzähler für Kaltwasser
Multi-jet dry dial impeller meter for cold water
 EG-Baumusterprüfbescheinigung
Examination certificate number

CORONA MDI

TH 8630

ist mit folgenden Richtlinien des Europäischen Parlaments konform, und die technischen Parametern entsprechen der EC-Typenzulassung.
is conform with the following guidelines of the European Parliament and the technical parameter correspond with the EC type approval.

2004/22/EG Measurement Instruments Directive (MID)
 98/83/EG Drinking Water Directive (DWD)
 97/23/EG Pressure Equipment Directive (PED)

Das Produkt entspricht ferner den folgenden angewendeten harmonisierten Normen bzw. normativen Dokumenten, Regeln und Technischen Richtlinien (Stand wie angegeben):
Furthermore the product complies with the following used harmonised standards and normative documents respectively, rules and technical guidelines (level as indicated):

EN 14154 : 2005+A1:2007
 OIML R 49-1: 2006
 OIML R 49-2: 2006


Die Herstellung der Produkte erfolgt gemäss folgender Systeme:
The products are manufactured in accordance with the following systems:

System	Auditor	Nr. des Zertifikats	Gültigkeit
<i>System</i>	<i>Auditor</i>	<i>Nr. of certificate</i>	<i>Validity</i>
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	TÜV CERT	75.150.8371	2013.03.05

MID Modul/ MID Modul	benannte Stelle/ specified position		Nr. des Zertifikats/ Nr. of certificate	Gültigkeit/ Validity
B Modul	MKEH	1422	TH- 8630/3/2011	2021.05.31
D Modul				MKEH/MH/05988/1/2011/AV

Mátészalka, 03.02.2012


 Györfi Bertalan
 (QM Leiter / Leader of QM)


 Kádár Gusztáv
 (Leiter Engineering / Leader of Engineering)

MOM Vízmérés-technikai ZRt.
 Mátészalka
 Minőségirányítás
 1.